試 験 成 績 書

発行番号 HPG0001001-1
発行日　平成26年7月22日

環境計量証明事業登録(濃度)第6号
食品衛生法登録検査機関　近厚第1005第2号
飼料安全法登録検定機関　検第7号
特定濃度に係る計量証明登録　第03-01号
衛生検査所登録　滋衛検第13号
厚生労働省水質検査機関　第72号

株式会社　日吉
〒523-8555
滋賀県近江八幡市北之庄町908番地
Tel 0748-32-5001　Fax 0748-32-4192
測定担当者:中田　俊芳

株式会社　Beautiful　Life　様

貴依頼による試験の結果を次のとおり報告いたします。

試料情報

対象	放射能精密検査
依頼番号	339657
試料名	アクアセレクト
試料搬入日	平成26年7月17日
試料備考	採取者:有限会社　森と水を守る会　原料:湧水 製造年月日:平成26年7月12日

測定情報

測定装置	キャンベラ社製　ゲルマニウム半導体検出器　GC3020
測定容器	マリネリ2L容器
測定試料量/ 測定時間	1.97kg / 1800秒
測定方法	ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー (平成4年改訂　文部科学省) に準拠

測定結果

検査項目	単位	測定結果	検出限界
ヨウ素131	Bq/kg	不検出	1.0
セシウム134	Bq/kg	不検出	1.0
セシウム137	Bq/kg	不検出	1.0
セシウム(合計)	Bq/kg	不検出	-

【備考】
1. 不検出とは検出限界未満を示します。
2. 検出限界とは、測定器が検出可能な最小濃度です。

スペクトルグラフ
測定コード　339657

検出器番号　1
測定日時　2014年07月18日 09時38分

ライブタイム　1800 秒
リアルタイム　1800 秒